

适用项目：人类器官培养

### 一、产品简介

本产品专用于人胰腺癌类器官的原始分离与稳定扩增培养。支持人胰腺癌类器官的构建、传代扩增、冻存保存及复苏，能够稳定保留原始肿瘤组织的基因组与病理特征，适用于精准药物筛选及相关科学研究。

### 二、产品信息

| 产品名称         | 组分                  | 货号     | 规格     | 储存条件      |
|--------------|---------------------|--------|--------|-----------|
| 人胰腺癌类器官完全培养基 | 人胰腺癌类器官基础培养基 A      | 30-104 | 95 mL  | 4℃，9 个月   |
|              | 人胰腺癌类器官添加物 B（20×）   |        | 5 mL   | -20℃，9 个月 |
|              | 人胰腺癌类器官添加物 C（1000×） |        | 100 μL | -20℃，9 个月 |
|              | 人胰腺癌类器官基础培养基 A      | 30-204 | 475 mL | 4℃，9 个月   |
|              | 人胰腺癌类器官添加物 B（20×）   |        | 25 mL  | -20℃，9 个月 |
|              | 人胰腺癌类器官添加物 C（1000×） |        | 500 μL | -20℃，9 个月 |

### 三、自备试剂、耗材和仪器

#### 自备/选购配套试剂

| 组分                 | 货号     | 规格     | 储存条件       |
|--------------------|--------|--------|------------|
| 减因子类器官基质胶（无酚红）     | 10-101 | 10 mL  | -20℃，12 个月 |
| 类器官防黏附润洗液          | 20-103 | 100 mL | 4℃，12 个月   |
|                    | 20-203 | 500 mL |            |
| 红细胞裂解液             | 20-102 | 100 mL | 4℃，12 个月   |
|                    | 20-202 | 500 mL |            |
| 肿瘤组织消化液            | 20-108 | 100 mL | -20℃，9 个月  |
|                    | 20-208 | 500 mL |            |
| Starter 增强剂（1000×） | 20-116 | 0.1 mL | -20℃，12 个月 |
| 类器官传代消化液           | 20-105 | 100 mL | 4℃，12 个月   |
|                    | 20-205 | 500 mL |            |
| 类器官回收液             | 20-106 | 100 mL | 4℃，12 个月   |
|                    | 20-206 | 500 mL |            |
| 类器官冻存液             | 20-104 | 100 mL | -20℃，12 个月 |
| 组织清洗液              | 20-118 | 500 mL | 4℃，12 个月   |
| 组织运输保存液            | 20-101 | 100 mL | 4℃，12 个月   |
| 类器官清洗液             | 20-111 | 100 mL | 4℃，12 个月   |
|                    | 20-211 | 500 mL | 4℃，12 个月   |

#### 自备耗材和仪器

- 生物安全柜、CO<sub>2</sub> 培养箱（37℃，5% CO<sub>2</sub>）、离心机、水浴锅、倒置显微镜。
- 精密解剖剪、手术镊、60 mm 培养皿。
- 1.5 mL/15 mL/50 mL 离心管、10 mL 移液管、无菌低吸附移液枪头（P1000/P200）、100 μm 无菌细胞筛网。
- 24 孔或 48 孔组织培养板（TC-Treated）。



#### 四、人胰腺癌类器官完全培养基制备说明

- (1) 试剂解冻：提前将人胰腺癌类器官添加物 B 和添加物 C 置于冰上或 4℃ 冰箱缓慢融化。使用前轻柔颠倒混匀（切勿剧烈涡旋）。
- (2) 无菌混合：在超净工作台中，将培养基添加物 B 和培养基添加物 C 分别按照稀释倍数加入 A 瓶中，充分混匀。此时，您已得到人胰腺癌类器官完全培养基。

**\*注意：完全培养基中已含 1% Pen-Strep Solution，无需另行添加。**

- (3) 提高类器官建成率：在建系/传代/复苏首日可每 10 mL 配置好的完全培养基中加入 10  $\mu$ L 的 Starter 增强剂（20-116）。类器官成熟稳定生长后无需添加。
- (4) 分装储存：建议按日常用量分装（如 10 mL/管），置于 -20℃ 保存。开封后 4℃ 请于 2 周内用完，避免反复冻融。

#### 五、原代人胰腺癌类器官构建

##### 实验准备

- (1) 基质胶置于冰上或 4℃ 提前解冻，每个胶滴 30~50  $\mu$ L，根据所需种板数量进行适当调整用量。
- (2) 提前将接种用的培养板置于 37℃ 预热 30 min。

##### 样本处理

**\*若新鲜样本无法立即处理或需要转运，请将组织样本浸没于组织样本保存液（20-101）中保持 2~8℃，48 h 内处理。**

- (1) 样本获取：优先选取肿瘤活性区域（避免取中心坏死区、溃烂区）。
- (2) 组织清洗：将人胰腺癌组织块放入组织清洗液（20-118）中，反复漂洗 3~5 次，以去除黏液及血块残留，直至清洗液澄清。

##### 组织消化与收集

**\*后续步骤均需要使用类器官防黏附润洗液（20-103）润洗枪头、移液管和离心管。**

- (1) 清洗：用手术剪将人胰腺癌组织剪切小块，组织清洗液（20-118）冲洗人胰腺癌组织 3~5 次，至清洗液澄清，弃去清洗液。
- (2) 消化前准备：将组织转移至 60 mm 培养皿中，加入 50  $\mu$ L 的肿瘤组织消化液（20-108）冰上用无菌的组织剪将组织剪碎至 0.5~1 mm<sup>3</sup> 左右大小碎块，将切碎的组织转移至防黏附润洗液（20-103）润洗过的 15 mL 离心管。
- (3) 组织消化：剪碎后的组织中加入 5 mL 的肿瘤组织消化液（20-108），37℃ 消化 30~60 min。每隔 10 min 上下摇晃离心管。镜下观察，直至大部分细胞呈团块状（勿消化成单细胞状态），即可终止消化。
- (4) 终止消化：加入 5~10 mL 类器官清洗液（20-111），终止消化。300  $\times$  g 离心 3 min，弃上清。
- (5) 细胞筛过滤：加入 10 mL 类器官清洗液（20-111），将细胞悬液通过预先润洗的 100  $\mu$ m 无菌细胞筛网过滤，于 50 mL 离心管收集滤液。300  $\times$  g 离心 3 min，弃上清。
- (6) 红细胞裂解（可选）：观察沉淀，若沉淀较红则需进行红细胞裂解。加入 2 mL 红细胞裂解液（20-102）重悬细胞，室温静置 3 min。加入 5 mL 类器官清洗液（20-211）重悬细胞，终止裂解。300  $\times$  g 离心 3 min，弃上清，收集沉淀。

##### 种板培养

- (1) 计数：取 1 mL 类器官清洗液（20-111）重悬细胞团，利用细胞计数仪或手动计数板进行计数。取 10  $\mu$ L 悬液与等体积台盼蓝混匀并加入计数板，置于显微镜或细胞计数仪观测和分析活细胞比例。300  $\times$  g 离心 3 min，弃上清，收集组织细胞沉淀。
- (2) 重悬：用预冷的移液器枪头，加入适量基质胶重悬沉淀。基质胶的用量为每个胶滴 30~40  $\mu$ L。重悬过程应迅速（不超过 30 s）、轻柔避免产生气泡。推荐重悬密度为每个胶滴含有 1000~1500 个细胞团。基质胶体积比应不低于 70% 以保证培养过程中基质胶的结构稳定。

**\*此步骤应迅速完成。**

- (3) 点胶：用预冷的 P200 移液器，吸取 30~40  $\mu$ L 基质胶-人胰腺癌细胞团混合物，垂直、快速地接种在预热的培养板孔中央。确保枪头尖端不接触孔底。重复此操作，为每个孔点胶。
- (4) 固化：将培养板小心转移至培养箱中，正置孵育 3 min，随后倒置孵育 20~30 min，使基质胶聚合成固体圆顶，以防组织团沉降接触孔底。
- (5) 补液：基质胶固化后，从培养箱中取出培养板。沿着 24 孔板孔壁一侧，缓慢地向每个孔中加入 500  $\mu$ L 已配制好的完全培养基（完全浸没胶滴）。

**\*切勿将培养基直接吹打在基质胶穹顶上，以免使其破裂。**



## 类器官培养与维护

- (1) 培养：将培养板放入 37°C, 5% CO<sub>2</sub> 的恒温培养箱中培养。
- (2) 观察：每天在显微镜下观察类器官的生长情况并拍照记录，一般在接种 3~4 天后，可观测到类器官形成。
- (3) 换液：每 2~3 天更换一次培养基。用移液器小心吸弃旧培养基（同样沿孔壁操作）。加入 500 μL 新鲜的完全培养基。

## 六、人胰腺癌类器官传代培养

**\*传代节点：**当类器官生长旺盛（直径 > 100 μm）、密度过高（通常培养 5-10 天后）或培养基明显变黄时，需要进行传代。传代比例 1:2~1:3。

- (1) 破胶：加入 1 mL 预冷的类器官清洗液（20-111），用润洗过的枪头轻轻吹打，将基质胶穹顶吹散、溶解。将悬液收集至离心管，300 × g 离心 5 min，弃上清，注意不要吸到底部沉淀。
- (2) 消化：加入 3 mL 类器官消化液（若类器官数量较多，可适当增加类器官消化液用量），用润洗过的枪头轻轻吹打底部沉淀。将离心管置于 37°C, 5% CO<sub>2</sub> 的恒温培养箱中消化，每隔 5 min 显微镜下观察类器官消化情况，待大部分类器官消化至 10-50 个细胞团（避免消化过度，影响类器官生长）时，加入 2 倍消化液体积 类器官清洗液（20-111），终止消化。
- (3) 收集与种板：离心管 300 × g 离心 3 min，弃上清，收集组织细胞沉淀。剩余步骤同“种板培养”（2）-（5）。

## 七、类器官冻存

观察类器官生长情况，确保类器官活性良好，多数类器官直径 > 100 μm。使用 1 mL 类器官冻存液（20-104）重悬类器官沉淀，重悬动作需轻柔。将混悬液转入冻存管，立即放入程序降温盒。将降温盒置于 -80°C 冰箱过夜。长期储存：24 小时后，迅速将冻存管转移至液氮中长期保存。切勿在 -80°C 长期存放，否则会导致活性显著下降和复苏失败。

## 八、类器官复苏

- (1) 快速融化：从液氮罐中取出冻存管，迅速投入 37°C 水浴锅中。轻微摇动冻存管，使其在 1-2 min 内迅速融化，待管内尚存一小块冰晶时即可取出。
- (2) 清洗与稀释：在超净工作台中，用润洗过的枪头将冻存管内的类器官悬液转移至防黏附润洗液（20-103）润洗过的含有 5~10 mL 预冷类器官清洗液（20-111）的 15 mL 离心管中。轻轻吹打混匀，使冻存液得到充分稀释。
- (3) 离心收集：4°C, 300 × g 离心 3 min。小心吸弃上清液，重复清洗并离心 1 次。
- (4) 重悬与接种：参照“种板培养”步骤。
- (5) 启动培养：沿孔壁缓慢加入 500 μL 已配制的人胰腺癌类器官完全培养基。建议在复苏后的首个 48 h 每 1 mL 配置好的完全培养基中加入 1 μL Starter 增强剂（20-116），降低复苏初期的细胞应激，提高类器官的生长速度。

## 九、注意事项

- (1) 安全提示：本产品仅供科学研究使用，不可用于临床诊断或治疗。使用前请仔细阅读本说明书。
- (2) 正确储存：请严格按照推荐的温度储存培养基，不宜长时间置于室温。建议将培养基进行小规格分装，使用时解冻，以保障活性与效果。
- (3) 无菌操作：本产品仅供类器官体外培养，实验室需具备培养条件，并且实验过程涉及的所有试剂和耗材必须保持无菌以防止污染。
- (4) 操作环境：组织样本在采集过程中应遵循全程冰上操作；运输应使用组织运输保存液（20-101）并始终保持 4°C 运输环境。样本处理时应使用预冷的处理试剂以维持细胞活性。
- (5) 个人防护：操作时需做好个人防护，身着合适的实验服并佩戴一次性口罩和手套。使用过程中产生的废弃物应按照医疗垃圾处理标准妥善处理。
- (6) 本产品培养结果会受到组织采集过程、组织样本质量等因素影响；同时也受到技术人员操作习惯、操作环境以及当前细胞生物学技术发展局限性等限制，因此可能会存在培养失败的情况。

版本号：V2.6

发布日期：2026 年 3 月 6 日

免责声明：本产品仅用于科学研究用途。用户需自行承担使用产品的全部风险。生产商不对因使用本产品引起的任何间接或附带损害承担责任。建议使用者根据自身实验体系进行条件优化。

